



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 454047, Россия, Челябинская область, г.о.Челябинский, вн. р-н Металлургический, г.Челябинск, ул. Павелецкая 2-ая, д.36, стр.3, офис 203

Основной государственный регистрационный номер 1037402821257.

Телефон: +73517257697 Адрес электронной почты: sales@tpchel.ru

в лице Генерального директора Стародубцева Сергея Владимировича

заявляет, что Датчики давления CROCUS L.

**Изготовитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454047, Россия, Челябинская область, г.о.Челябинский, вн. р-н Металлургический, г.Челябинск, ул. Павелецкая 2-ая, д.36, стр.3, офис 203

Продукция изготовлена в соответствии с Технические условия ТУ 4212-092-00226253-2015 «Датчики давления CROCUS L, CROCUS M, CROCUS B, CROCUS F».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9026 20 200 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № MS-ИЛ-003-0709 от 03.04.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20)

Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах.

Требования и методы испытаний" (раздел 8), ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок" (раздел 7), ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного

применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования. Условия хранения по ГОСТ 15150-69, назначенный срок хранения – 6 месяцев. Средний срок службы – не менее 20 лет.

Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.04.2029 включительно.

М.П.

Стародубцев Сергей Владимирович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.32063/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.04.2024